



食第G00742-4号

平成29年7月28日

## 試験検査成績書

ユタカ株式会社 様

一般社団法人東京都食品衛生協会  
東京食品技術研究所  
〒175-0083 東京都板橋区徳丸1-19-10  
ISO 9001認証取得 (食品試験検査)

ご依頼の試験品の試験検査結果は以下のとおりです。

受付日	平成29年6月27日
試験品	エコー用ジェル高粘度
付記事項	
検査内容	マウスに対する急性毒性試験(経口)
備考	

### 試験検査結果

試験方法	<p>①投与液の調製 試験品に精製水を加えて10%懸濁液としたものを投与用試料とした。</p> <p>②使用動物および投与方法 マウス(ddY系、雄、5匹)を投与前4時間絶食させ、経口ゾンデ針を用いて胃内に1回強制投与した。投与量は体重1kg当たり試験品2g相当量。</p> <p>③観察方法と期間 投与後の異常の有無について、2週間観察した。</p>
観察結果	マウスに異常を認めない。